

Qualitätsprüfzertifikat / Certificate of analysis

nach / according to DIN 55350-18-4.2.2.2.

Produkt / Product: Ultraschall-Koppelmittel ZGS

Chargen-Nr. / Batch no.: 23000435 LOT: Y 2039 F

Abfülldatum / Filling date: 04.2023

Analysenwerte / Analysis

Bezeichnung / Name	Methode / Method	Soll-Wert / Reference	Ist-Wert / Actual Result
Aussehen / Appearance	visuell / visual	klar, homogen / clear, homogenous	i.O.
Farbe / Colour	visuell / visual	türkis / turquoise	i.O.
pH-Wert / pH-value	DIN 51369	8,0 – 9,0	8,1
Mikrobiologische Beurteilung / Microbiological evaluation	Ph.Eur. 9.0,2.6.12 (mod.) ² Ph.Eur. 9.0, 2.6.13 (mod.) ²	max. 4 KBE / 0,1 g	0
Viskosität / Viscosity	Haake Viscotester, Prüfwerkzeug R2	120 - 200	127
Halogene (Chlor, Fluor, Brom Iod) / Halogens (Chlorine, Bromine, Fluorine, Iodine)	i.A. DIN EN ISO 14852	< 200 mg/kg	81,7
Schwefel / Sulfur	i.A. DIN EN ISO 14582	< 200 mg/kg	54,6

i.O. = in Ordnung / passed

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätssicherung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Dieses Qualitätsprüfzertifikat wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. /

Previous analysis values are results of our quality control. The customer is not absolved from incoming components inspection. This certificate of analysis provides the customer with information regarding the properties of our product in order to choose the proper application. This certificate of analysis is valid without a signature.